



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری تایید صلاحیت

NACI/Lab/۹۷۵

تاریخ و محل صدور اولیه گواهینامه:

۱۳۹۶/۰۳/۰۶ - تهران

تاریخ تجدید گواهینامه:

۱۳۹۹/۰۹/۲۳

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه:

۱۴۰۴/۰۹/۲۲

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه Laboratory Accreditation Certificate

The National Accreditation Center of Iran (NACI)
herewith confirms that:

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بدین وسیله تایید مینماید که:

Imen Tiam Sepahan Laboratory

آزمایشگاه ایمن تیام سپاهان

Address: No.27 and 28 , Sadra Industrial Complex ,
Abbas Abad Alagheband , After Khavar Shahr, Khavaran
Road, Tehran, I.R.IRAN, Postal Code:1846148945
Tel: +98(21) 40337400 / 40334700
Fax : +98(21) 36849954
Web Site : www.tiamsepahan.co

نشانی: تهران، جاده خاوران، بعد از خاورشهر، عباس آباد علاقند، مجتمع
صنعتی صدرا، پلاک ۲۷ و ۲۸، کدپستی: ۱۸۴۶۱۴۸۹۴۵
تلفن: ۰۲۱-۴۰۳۳۷۴۰۰ و ۰۲۱-۴۰۳۳۴۷۰۰
دورنگار: ۰۲۱-۳۶۸۴۹۹۵۴
سایت اینترنتی: www.tiamsepahan.co

Has Fulfilled The **ISIRI-ISO/IEC 17025.2017**
And Is Competent To Carry Out Test Calibration
Services According To Accreditation Scope Are Listed In
1 Page/S Of Annex.

الزامات استاندارد ایران - ایزو/آی ای سی ۱۷۰۲۵-۲۰۱۷ را رعایت نموده
است.
و صلاحیت انجام خدمات آزمون کالیبراسیون مطابق دامنه کاربردی
که جزئیات آن در ۲ برگ پیوست آمده است را داراست.

Validity Of Accreditation Certificate Depends On
Continuity Of Compliance With The Relevant
Requirements And Obtaining The Approval Based On
The Annual Surveillance Assessment.

حفظ اعتبار در طول دوره منوط به استمرار انطباق با ضوابط مربوطه و اخذ
تاییدیه در ارزیابی های مراقبتی سالانه است.

● Validity Of Accreditation Depends On Continuity Of
Compliance With The Relevant Requirements And
Obtaining The Approval Based On The Annual
Surveillance Assessment.

● اعتبار تایید صلاحیت منوط به استمرار انطباق با الزامات مربوطه و
اخذ تاییدیه در ارزیابیهای مراقبتی سالانه است.

● The Unique Identification Number Of This
Accreditation Certificate And All Attachments Are The
Same

● شماره انحصاری شناسایی در این گواهینامه تایید صلاحیت و کلیه
پیوستها یکسان است.

● To Control The Originality Of This Certificate, Visit
The Website Of NACI.(Naci Portal.ISIRI.Gov.Ir)

● جهت کنترل اصالت این گواهینامه به پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی
تایید صلاحیت ایران مراجعه نمایید. (naciportal.isiri.gov.ir)

A.R. Khakifirooz
NACI PRESIDENT

Khakifirooz

علیرضا خاکی فیروز

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

علیرضا خاکی فیروز



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

شماره انحصاری تایید صلاحیت
NACI/Lab/975

تاریخ ومحل صدور اولیه گواهینامه:
تهران ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

تاریخ تجدید گواهینامه:
۱۳۹۹/۰۹/۲۳

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه:
۱۴۰۴/۰۹/۲۳

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت آزمایشگاه ایمن تیام سپاهان

ردیف	نام محصول	محصول محور	آزمون محور	عنوان آزمون	محدوده کاربرد	مرجع
۱	سیلندرهای بدون درز فولادی و آلیاژهای آلومینیومی	✓		بازرسی و آزمون دوره ای	Up to 500 bar Water Jacket	INSO 6792
۲	سیلندرهای گاز فولاد کربنی جوشکاری شده	✓		آزمون و بازرسی دوره ای	Up to 50 bar	INSO 18753
۳	آتش خاموش کن های چرخدار و قابل حمل	✓		بازرسی و مراقبت فنی	Up to 50 bar	ISIRI 9424-2
۴	سیلندرهای گاز قابل حمل - سیلندرهای کامپوزیتی مگ	✓		بازرسی و آزمون دوره ای	Up to 500 bar	INSO 14953
۵	پودر خاموش کننده آتش	✓		ویزگیها و روشهای آزمون	---	ISIRI 3434

۱- محصول محور: آزمایشگاه جهت انجام کلیه آزمون های مندرج در استاندارد ویژگی های محصول، تایید صلاحیت شده است

۲- آزمون محور: آزمایشگاه جهت انجام آزمون های مندرج در جدول فوق تایید صلاحیت شده است

عنبرضا خاکی فیروز

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

خاکی فیروز



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



Identification Number of Accreditation
NACI/Lab/975

Initial Accreditation Date and Place: 2017.04.27-Tehran
Renewal Date: 2020.12.13
Expiry Date :2025.12.13

Laboratory Accreditation Certificate Annex

Accreditation Scope of Imen Tiam Sepahaa Laboratory

No.	Product Name	Product Oriented ¹	Test Oriented ²	Test Title	Applicable Range	Reference
1	Seamless Steel And Seamless Aluminum-Alloy Gas Cylinders	✓		Periodic Inspection And Testing	Up to 500 bar Water Jacket	INSO 6792
2	Gas Cylinders-Welded Carbon-Steel Gas Cylinders	✓		Periodic Inspection And Testing	Up to 50 bar	INSO 18753
3	Portable And Wheeled Fire Extinguishers	✓		Inspection And Maintenance	Up to 50 bar	ISIRI 9424-2
4	Composite Gas Cylinders	✓		Periodic Inspection And Testing	Up to 500 bar	INSO 14953
5	Fire Extinguishing Powder	✓		Specification And Test Method	---	ISIRI 3434

1- **Product Oriented:** Laboratory is accredited to meet all requirements of the product specification standard.

2- **Test Oriented:** Laboratory is accredited for carrying out the tests mentioned in the above table.

A.R. Khakifirooz
NACI PRESIDENT

Khakifirooz