



معاونت درمان

«سرمایه گذاری برای تولید»
(مقام معظم رهبری)

معاون محترم درمان دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: ممنوعیت تبلیغات و کاربری درمانی دستگاههای بیورزونانس و کوانتوم آنالایزر در کلیه مراکز

تشخیصی و درمانی

با سلام و احترام

پیرو استعلام مکرر حوزه های نظارت بر درمان در خصوص تبلیغات گسترده، ادعاهای درمانی و کاربری دستگاههای بیورزونانس در مطب ها، دفاتر کار، موسسات پزشکی و مراکز غیرمجاز، ضمن ارسال نامه شماره ۴۰۰/۲۲۹۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ مدیرکل محترم دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت این معاونت مبنی بر عدم تایید بکارگیری روش درمانی بیورزونانس (Bioresonance Therapy & Quantum resonance magnetic analyzer) به دلیل عدم شواهد علمی و معتبر در خصوص اثربخشی آن، به استحضار می رساند تا زمان تایید اثربخشی روش درمانی دستگاههای فوق الذکر از طریق ارزیابی فناوری سلامت، تدوین شناسنامه و استاندارد خدمت و تعیین تعرفه مصوب، هرگونه تبلیغات دستگاههای یاد شده در فضای واقعی و مجازی همراه با ادعای درمان بیمارهای پوستی، گوارشی، عصبی، تنفسی، میگرن، دردهای مزمن و عضلانی، کاهش استرس و اضطراب، فعال کردن قدرت خود درمانی بدن و... غیرمجاز و ارائه خدمت و اخذ وجوه از بیماران ممنوع و اقدام آن حسب مورد مصداق تخلفات انتظامی، قضایی و تعزیراتی می باشد. لذا مستدعی است دستور فرمایند این بخشنامه به کلیه مطب ها، دفاتر کار و موسسات پزشکی تحت پوشش ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم انجام پذیرد.

دکتر سید سجاد رضوی
معاون درمان
از طرف: دکتر محمود رضا معتمدی

رونوشت:

جناب آقای دکتر غفارزاده سرپرست محترم مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان
جناب آقای ریاضت کارشناس محترم نظارت بر موسسات درمان دولتی
جناب آقای دکتر سید علی ریاض معاون محترم انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
کارشناس محترم مسئول نظارت بر موسسات درمان دولتی
جناب آقای دکتر علیرضا رئیسی معاون محترم بهداشت